

Spezifikation zuwendungsfähiger AED	Ist erfüllt?	
Der zu fördernde AED muss über sämtliche der folgenden Merkmale verfügen:	Ja	Nein
1. AED im halbautomatischen Modus, der zur Anwendung durch Laien geeignet ist		
2. AED-Funktion mit Benutzerführung, weiterhin:		
a) Metronom für Herzdruckmassage/Thoraxkompression		
b) Möglichst Feedback-System zur Optimierung der Herzdruckmassage		
c) Möglichst E-Call-Funktion über integriertes GSM-Modem zur direkten Kommunikation mit der ILS (T-CPR)		
d) Artefakt- und Diskonnektions-Erkennung		
3. Stromversorgung durch wechselbare Batterie		
4. Tragbares Gerät, stoß- und erschütterungsfest, spritzwassergeschützt, mit Zubehörtaschen am Gerät (Einmal-Handschuhe, Beatmungshilfe, ggf. Verbandsmaterial)		
5. Automatischer Geräteselbsttest und Zustandsanzeige inkl. Batteriestand, möglichst Statusübermittlung/Batterieanzeige an vom Zuwendungsempfänger/Betreiber benannte Einrichtung		
6. Gerät, Oberfläche, Beschriftung, Kabel desinfizierbar mit RKI-gelisteten Präparaten		
7. Geeignete Vorhaltebox zur Stand-, Wand- oder Außenmontage		